

Cadre de segmentation des produits de santé pour le C19RM

Date de création : 12 avril 2021

Date de mise à jour : 25 janvier 2024

Introduction

Le Cadre de segmentation des produits de santé a été publié pour la première fois en avril 2021. Il visait à informer les récipiendaires principaux et les autres partenaires dans le pays de l'éligibilité des produits de santé au titre du dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM), des canaux d'approvisionnement à utiliser et des exigences connexes en matière d'établissement de rapports.

Depuis, la situation du COVID-19 a changé et les financements du C19RM ont cessé de soutenir la riposte d'urgence pour investir sur le long terme dans des systèmes résistants et pérennes pour la santé. Les priorités programmatiques comprennent le renforcement du système de surveillance, les laboratoires et le diagnostic, les ressources humaines pour le renforcement des systèmes de santé et des systèmes communautaires, l'oxygène médical, les soins respiratoires et les traitements, et les systèmes de gestion des produits de santé et des déchets¹. Le Cadre de segmentation des produits de santé a été mis à jour pour refléter cette réorientation.

Important

Les principaux comprennent :

- Seules deux catégories de canaux d'approvisionnement restent en vigueur : 1) « Très demandés » et 2) « Approvisionnement local conseillé ou possible ». Compte tenu du contexte actuel de la pandémie de COVID-19, aucun produit n'appartient à la catégorie « Produits stratégiques ».
- Les références à une « utilisation optimale du produit » et une « utilisation limitée du produit » ont été supprimées, car elles ne sont plus pertinentes dans le contexte actuel.
- La catégorisation et les listes de produits de santé ont été alignées sur celles des produits de référence dans le [Document type de gestion des produits de santé \(DGPS\) du C19RM](#), y compris sur des orientations supplémentaires pour la prise en compte des articles qui ne sont pas spécifiquement disponibles dans le DGPS.
- À la suite de la réorientation stratégique du C19RM, toute demande de produits de santé liée aux interventions suivantes est maintenant assujettie à une approbation spéciale au cas par cas : n° 1) Diagnostic et dépistage, n° 3) Prévention et contrôle des infections et protection du personnel de santé, et n° 5) Gestion de cas, activités cliniques et traitements – produits pharmaceutiques.

¹ Consulter la [Note d'information sur le dispositif de riposte au COVID-19](#)

Le document reste pertinent pour : 1) tout investissement restant à réaliser au titre du C19RM, et 2) tout réinvestissement du C19RM dans les systèmes pour la santé et la préparation aux pandémies, qui complète les subventions du cycle de subvention 7. Les orientations peuvent changer au gré des fluctuations de l'offre et de la demande des produits de santé nécessaires à la lutte contre le COVID-19 et l'endiguement de la maladie, ainsi que de futures pandémies.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans les [Directives relatives au dispositif de riposte au COVID-19](#).

Ce document classe les produits de santé éligibles à un financement au titre du C19RM en fonction des critères suivants :

- Catégorie du canal d'approvisionnement recommandé.
- S'ils sont à déclarer dans le Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM.

Canal d'approvisionnement recommandé

Les produits de santé et les produits non sanitaires permettant de riposter efficacement au COVID-19 et de se préparer aux futures pandémies sont nombreux et variés. Comme leurs modalités de mise sur le marché diffèrent, il faut des approches spécifiques pour obtenir les meilleurs résultats d'approvisionnement (prix plus bas et/ou délais de livraison plus courts). Un cadre pour les produits de santé composé de trois catégories a été élaboré à cet effet.

- Pour les **produits de santé stratégiques**² : à ce jour, aucun produit n'appartient à cette catégorie. La catégorie est conservée pour une éventuelle utilisation future.
- Pour les **produits de santé très demandés** : les pays sont généralement supposés utiliser le mécanisme d'achat groupé du Fonds mondial ou wambo.org. Ils peuvent ainsi bénéficier de conditions et de tarifs préférentiels et simplifier les commandes. Cependant, certains des équipements de santé et de laboratoire les plus complexes du [Document type de gestion des produits de santé \(DGPS\)](#) peuvent être achetés au niveau national ou par l'intermédiaire de canaux d'approvisionnement groupé existants (dont le Service pharmaceutique mondial, l'Organisation panaméricaine de la santé, l'UNICEF) pour garantir un déploiement, une installation, une formation et un service après-vente continus rapides. Conformément au [Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de gestion des achats et des stocks de produits de santé](#), il faut adopter une approche d'achat concurrentielle tenant compte du coût total de propriété en respectant les normes internationales, le cas échéant. Des exigences supplémentaires concernant des garanties sur l'efficacité de l'approvisionnement et l'établissement de rapports s'appliquent lorsque le bénéficiaire principal choisit de ne pas utiliser le mécanisme d'achat groupé ou wambo.org pour l'approvisionnement en produits de

² Conformément à la section 2 du [Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de gestion des achats et des stocks de produits de santé](#), les pays peuvent avoir besoin d'utiliser le mécanisme d'achat groupé ou wambo.org lorsque la dynamique et les contraintes de l'offre nécessitent la mise en commun de la demande afin d'obtenir de meilleurs résultats sur le marché (p. ex. des prix plus bas ou des délais de livraison plus courts). Si le bénéficiaire principal est un organe des Nations Unies, les pays peuvent effectuer des achats par l'intermédiaire du canal d'approvisionnement de l'organe en question, à condition que le bénéficiaire principal accepte de présenter un rapport mensuel au Fonds mondial aux fins de transparence, de l'achat à la livraison.

santé très demandés. Il est attendu du récipiendaire principal qu'il présente un rapport mensuel aux fins de transparence, de l'achat à la livraison³.

- Pour les **produits de santé pour lesquels un approvisionnement local est conseillé ou possible** : ces produits sont généralement de faible valeur, volumineux ou dangereux (p. ex. l'alcool, l'eau de Javel, les boîtes de récupération des déchets jetables, les conteneurs et autres) et les coûts de transport sont élevés par rapport au coût réel. Équipements de diagnostic ou de santé plus complexes, et pour lesquels des accords contractuels existants peuvent être utilisés aux fins d'acquisition, d'installation et d'entretien et appartiennent également à cette catégorie.

Consulter la section 15.3 (Achat de produits de santé) des [Directives relatives au dispositif de riposte au COVID-19](#) pour en savoir plus sur les canaux d'approvisionnement recommandés.

Achats de produits de santé à déclarer dans le Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM

Pour les **produits de santé stratégiques** et **très demandés** acquis en dehors du canal d'approvisionnement du mécanisme d'achat groupé ou de wambo.org, ainsi que pour les **produits de santé pour lesquels un approvisionnement local est conseillé ou possible** dont la déclaration est indiquée comme requise dans les tableaux ci-dessous, les données transactionnelles par produit rattachées aux principales étapes de la chaîne d'approvisionnement sont nécessaires⁴. Les rapports doivent être rédigés au moyen du [Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM](#). Ce document type contient des instructions, des orientations et la liste des produits devant être déclarés.

Les tableaux ci-dessous, par catégorie de produit et intervention⁵, présentent la classification des produits de santé éligibles au titre du C19RM par catégories d'utilisation et de canal d'approvisionnement. Ils définissent également les produits pouvant être déclarés au moyen du Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM. Il en existe sept :

- [Tableau 1 : Diagnostic et dépistage](#)
- [Tableau 2 : Surveillance, y compris l'étude épidémiologique et le traçage des contacts](#)
- [Tableau 3 : Prévention et contrôle des infections et protection du personnel de santé](#)

³ Pour les portefeuilles ciblés, les rapports peuvent être fournis chaque trimestre ou chaque année, en fonction du canal d'approvisionnement. Pour en savoir plus, consulter [cette mise à jour du Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM](#).

⁴ La section 15.3 des [Directives relatives au dispositif de riposte au COVID-19](#) détaille les exigences d'établissement de rapports visant les récipiendaires principaux, y compris concernant la fréquence des rapports, laquelle varie d'un portefeuille à l'autre.

⁵ Les interventions sont alignées sur le cadre modulaire.

- [Tableau 4 : Gestion de cas, activités cliniques et traitements – oxygène médical et soins respiratoires](#)
- [Tableau 5 : Gestion de cas, activités cliniques et traitements – produits pharmaceutiques](#)
- [Tableau 6 : Systèmes de laboratoire](#)
- [Tableau 7 : Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets](#)

Remarque : tout produit de marque figurant dans les tableaux ci-dessous correspond à des produits précis déjà inscrits dans le Document type de gestion des produits de santé. Toutefois, d'autres produits répondant aux critères du Fonds mondial en matière d'assurance qualité peuvent être admissibles à l'achat au titre du C19RM.

Tableau 1 : Diagnostic et dépistage⁶

(Remarque : Comme mentionné en première page, toute demande de produits de santé figurant dans le Tableau 1 est assujettie à une approbation spéciale, au cas par cas)

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Tests de dépistage du COVID-19 / test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR Ag)		
Trousse TDR Ag – SARS-CoV-2 ⁷	Très demandés*	À déclarer
Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19		
Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 (tests PCR automatisés / manuels) ⁶	Très demandés*	À déclarer
Tests de dépistage et consommables du COVID-19 (prélèvement d'échantillons – écouvillon, milieu de transport de virus, boîtes triple emballage ; consommables d'extraction, embouts de pipette)	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Équipement de dépistage moléculaire		
Extracteurs automatisés	Très demandés*	À déclarer
Thermocycleurs, y compris analyseurs de RT-PCR	Très demandés*	À déclarer
Support magnétique : extraction manuelle	Très demandés*	À déclarer
Station de travail PCR de table avec lampe UV	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange et accessoires pour appareil de réticulation UV	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange et accessoires pour transilluminateur UV	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires, logiciels ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
GeneXpert – équipement		
GeneXpert – équipement	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires, logiciels ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer

⁶ Il importe de vérifier, en consultant attentivement le mode d'emploi du fournisseur, la compatibilité entre les tests PCR du SARS-CoV-2, les trousse d'extraction et l'équipement d'amplification (thermocycleur). Si une trousse d'extraction est demandée, des informations détaillées sur l'utilisation prévue des tests PCR du SARS-CoV-2 subséquents doivent être fournies dans la demande de financement C19RM. Si un thermocycleur est demandé, des informations détaillées sur les tests PCR du SARS-CoV-2 qui seront utilisés avec l'instrument doivent être fournies dans la demande de financement C19RM.

⁷ Consulter la liste du Fonds mondial des [trousses de dépistage du SARS-CoV-2 et des équipements admissibles à l'achat](#).

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Autre équipement de proximité des soins		
Équipement	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires, logiciels ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Équipement TrueNat⁸		
Truelab Uno Dx	Très demandés*	À déclarer
Trueprep	Très demandés*	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires, logiciels ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Dépistage intégré⁹		
Tests GeneXpert MTB/RIF, MTB/RIF ULTRA et MTB/XDR	Très demandés*	À déclarer
Tests Truenat MTB, MTB-Plus et MTB-RIF	Très demandés*	À déclarer

* Lorsqu'il existe des dispositions d'approvisionnement en équipement de diagnostic et de santé et en consommables connexes auprès de sources locales et qu'elles sont utilisables, il est recommandé de les conserver (plutôt que de se tourner vers les produits très demandés).

⁸ Veuillez noter que cette catégorie ne sera plus éligible à un financement au titre du C19RM à compter du 1^{er} janvier 2024. Cela est conforme à la réorientation du financement vers les systèmes résistants et pérennes pour la santé et la préparation aux pandémies, comme indiqué dans la [Note d'information sur le dispositif de riposte au COVID-19](#).

⁹ Veuillez noter que cette catégorie ne sera plus éligible à un financement au titre du C19RM à compter du 1^{er} janvier 2024. Cela est conforme à la réorientation du financement vers les systèmes résistants et pérennes pour la santé et la préparation aux pandémies, comme indiqué dans la [Note d'information sur le dispositif de riposte au COVID-19](#).

Tableau 2 : Surveillance, y compris l'étude épidémiologique et le traçage des contacts

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Tests de dépistage du COVID-19 / test de diagnostic rapide de détection des anticorps		
Trousse de tests de diagnostic rapide de détection des anticorps – SARS-CoV-2 ¹⁰	Très demandés	À déclarer
Tests de détection des anticorps en laboratoire / ELISA ¹¹	Très demandés	À déclarer
Surveillance / séquençage génomique		
Analyseurs de séquençage ¹²	Très demandés	À déclarer
Réactifs de séquençage (y compris les trousse de quantification pour librairies)	Très demandés	À déclarer
Analyseurs de séquençage : pièces de rechange, accessoires, logiciels ; garantie, maintenance et réparation	Très demandés*	À déclarer
Prélèvement d'échantillons (aiguilles, seringues, boîtes triple emballage pour le transport, conteneurs pour objets tranchants)	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Trousse de prélèvement d'échantillons pour enquête épidémiologique ¹³	Très demandés	À déclarer

* Lorsqu'il existe des dispositions d'approvisionnement en équipement de diagnostic et de santé et en consommables connexes auprès de sources locales et qu'elles sont utilisables, il est recommandé de les conserver (plutôt que de se tourner vers les produits très demandés).

¹⁰ Consulter la liste du Fonds mondial des [trousse de dépistage du SARS-CoV-2 et des équipements admissibles à l'achat](#).

¹¹ Les tests de détection des anticorps en laboratoire / ELISA ne sont pas spécifiquement disponibles dans le DGPS. Il est conseillé au bénéficiaire principal de sélectionner « Trousse de tests de diagnostic rapide de détection des anticorps – SARS-CoV-2 » et d'expliquer dans la section des commentaires qu'il s'agit en réalité d'un achat de tests de détection des anticorps en laboratoire / ELISA.

¹² L'équipement auxiliaire est présenté au Tableau 1.

¹³ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au bénéficiaire principal de sélectionner « Prélèvement d'échantillons » sous « Surveillance génomique / séquençage ». Des détails peuvent être fournis dans la section des commentaires.

Tableau 3 : Prévention et contrôle des infections et protection du personnel de santé^{14,15}

(Remarque : Comme mentionné en première page, toute demande de produits de santé figurant dans le Tableau 3 est assujettie à une approbation spéciale, au cas par cas)

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Équipements de protection individuelle (EPI) essentiels		
Tablier (réutilisable)	Très demandés	À déclarer
Visières	Très demandés	À déclarer
Gants d'examen (non stériles) / chirurgicaux (stériles)	Très demandés	À déclarer
Lunettes de protection	Très demandés	À déclarer
Blouses (non stériles, stériles)	Très demandés	À déclarer
Masques médicaux / chirurgicaux ¹⁶	Très demandés	À déclarer
Respirateur, FFP2/N95 et trousse de test de débit d'air	Très demandés	À déclarer
Éponges à récurer	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
EPI non essentiels		
Tablier (usage unique, jetable)	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Couvre-chaussures	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Bottes	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Combinaison	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Tablier extrarobuste	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Gants extrarobustes	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Bonnet de chirurgien	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer

¹⁴ Les désignations « essentiels » et « non essentiels » des EPI font référence à la définition du [Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de gestion des achats et des stocks de produits de santé](#). Ce guide établit en outre les exigences d'assurance qualité en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2021.

¹⁵ Les EPI non essentiels (p. ex. les combinaisons) sont principalement destinés à être utilisés dans le contexte de fièvres hémorragiques virales, comme Ebola. Outre les EPI destinés aux épidémies actives d'Ebola, des EPI utilisés pour des besoins de préparation relatifs à Ebola – en particulier lorsque les patients atteints du COVID-19 et d'Ebola peuvent être traités dans les mêmes établissements de santé – peuvent être justifiés selon les situations. Certains EPI non essentiels peuvent également être approuvés pour les procédures de laboratoire ; veuillez vous reporter aux orientations de l'OMS, mises à jour de temps à autre ; consulter : [https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-(covid-19)) (en anglais). Les achats de gants et de blouses stériles doivent être justifiés par des besoins propres à des interventions aseptiques (p. ex. l'intubation, la chirurgie).

¹⁶ Les masques médicaux et chirurgicaux sont classés en deux catégories principales, soit les types 1 et 2. Les masques de type 2 ont une efficacité de filtration plus élevée et sont recommandés pour les agents de santé de première ligne qui prennent soin des patients atteints du COVID-19, tandis que les masques de type 1 sont recommandés pour les patients. Il faut tenir compte de cette différence dans le cadre de la quantification et de la préparation des demandes de financement C19RM.

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Désinfectants		
Désinfectant pour les mains à base d'alcool	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Chlore	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Chlorhexidine	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Désinfectant pour les mains (liquide)	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Savon	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise

Tableau 4 : Gestion de cas, activités cliniques et traitements – oxygène médical et soins respiratoires

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Oxygène médical – consommables		
Canules : canule oropharyngée, canule de Guedel	Très demandés	À déclarer
Canules : canule nasopharyngée	Très demandés	À déclarer
Détecteur colorimétrique de CO2 en intubation	Très demandés	À déclarer
Trousse de cricothyrotomie	Très demandés	À déclarer
Tube endotrachéal	Très demandés	À déclarer
Répartiteur de débit (pour concentrateur d'oxygène)	Très demandés	À déclarer
Débitmètre (oxygène médical)	Très demandés	À déclarer
Humidificateur (non chauffé, réutilisable)	Très demandés	À déclarer
Trousse à perfusion	Très demandés	À déclarer
Laryngoscope (adulte, enfant, nouveau-né)	Très demandés	À déclarer
Canule nasale (haut débit)	Très demandés	À déclarer
Cathéter nasal (haut débit)	Très demandés	À déclarer
Pinces nasales (adulte, enfant, nouveau-né, usage unique)	Très demandés	À déclarer
Masque à oxygène	Très demandés	À déclarer
Sondes de sphygmo-oxymètre (de table, portable)	Très demandés	À déclarer
Réanimateur (adulte, enfant)	Très demandés	À déclarer
Dispositifs d'aspiration (électriques)	Très demandés	À déclarer
Tubulure (aspiration, administration d'oxygène)	Très demandés	À déclarer
Oxygène médical – équipement		
Ventilation mécanique pour les soins intensifs	Très demandés	À déclarer
Ventilation mécanique pour le transport	Très demandés	À déclarer
Ventilation non invasive (canule nasale haut débit, pression positive continue [BiPAP et CPAP] avec tubulure et interfaces patient)	Très demandés	À déclarer
Analyseur d'oxygène (électrochimique, alimenté par pile, portable)	Très demandés	À déclarer
Analyseur d'oxygène (ultrasonique, alimenté par pile)	Très demandés	À déclarer
Concentrateur d'oxygène (fixe / de chevet ou portable, avec accessoires)	Très demandés	À déclarer

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Sphygmo-oxymètre (avec ou sans alarme ou fils et capteur)	Très demandés	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires ; garantie, maintenance et réparation	Très demandés	À déclarer
Parasurtenseur	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Stabilisateur de tension	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Oxygène médical liquide et gazeux		
Bouteille de gaz médical, portable (oxygène comprimé ou air médical comprimé, avec robinets et régulateurs)	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Installations de production d'oxygène par adsorption par inversion de pression (y compris pièces de rechange, accessoires, garantie, maintenance, réparation)	Très demandés*	À déclarer
Nouveau matériel de stockage d'oxygène liquide en vrac et tuyauterie ¹⁷	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Autres équipements de santé		
Analyseur de gaz du sang	Très demandés*	À déclarer
Équipement de soins intensifs ¹⁸ (p. ex. les défibrillateurs)	Très demandés*	À déclarer (catégorie « Autres équipements de santé »)
Scanner ¹⁹	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer (catégorie « Autres équipements de santé »)
Moniteur et enregistreur numériques d'électrocardiogramme (ECG)	Très demandés*	À déclarer
Compteur de gouttes électronique, liquides IV	Très demandés	À déclarer
Équipement hospitalier général (p. ex. les lits, les écrans) ²⁰	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Pompe à perfusion	Très demandés*	À déclarer
Moniteur patient avec / sans ECG	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Thermomètre, sans contact	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer

¹⁷ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au récipiendaire principal de sélectionner « Installations de production d'oxygène à adsorption par inversion de pression (AIP) » sous « Installations d'oxygène » sous « Oxygène médical liquide et gazeux » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

¹⁸ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au récipiendaire principal de sélectionner la catégorie « Détail du produit » la plus pertinente sous « Autres équipements de santé » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

¹⁹ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au récipiendaire principal de sélectionner « Autre type » sous « Équipement de radiographie » sous « Autres équipements de santé » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

²⁰ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au récipiendaire principal de sélectionner la catégorie « Détail du produit » la plus pertinente sous « Autres équipements de santé » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Échographie	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Unités d'alimentation électrique sans interruption	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Équipement de radiographie avec ou sans CAO / IA	Très demandés*	À déclarer
Protection contre les rayons X (p. ex. les dispositifs de protection du cou et les tabliers plombés) ²¹	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Pièces de rechange, accessoires ; garantie, maintenance et réparation	Très demandés*	À déclarer

* Lorsqu'il existe des dispositions d'approvisionnement en équipement de diagnostic et de santé et en consommables connexes auprès de sources locales et qu'elles sont utilisables, il est recommandé de les conserver (plutôt que de se tourner vers les produits très demandés).

Tableau 5 : Gestion de cas, activités cliniques et traitements – produits pharmaceutiques

(Remarque : Comme mentionné en première page, toute demande de produits pharmaceutiques figurant dans le Tableau 5 est assujettie à une approbation spéciale, au cas par cas, en particulier dans le contexte des projets de « dépistage-traitement » actuellement soutenus par le Fonds mondial)

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Médicaments existants / réaffectés contre le COVID-19 (anticoagulants et stéroïdes)	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise
Nouveaux médicaments contre le COVID-19 (p. ex. le molnupiravir et le nirmatrelvir-ritonavir)	Très demandés	À déclarer
Autres médicaments contre le COVID-19 (Ringer lactate, paracétamol, autres médicaments essentiels)	Approvisionnement local conseillé ou possible	Déclaration non requise

²¹ Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au bénéficiaire principal de sélectionner « Pièces de rechange et accessoires » sous « Équipement de radiographie » sous « Autres équipements de santé » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

Tableau 6 : Systèmes de laboratoire

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Équipement de laboratoire		
Autoclave de laboratoire	Très demandés*	À déclarer
Armoire de sécurité biologique BSL II/III	Très demandés*	À déclarer
Lecteur et laveur de microplaques / ELISA ²²	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer (catégorie « Équipement de laboratoire »)
Centrifugeuses	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Boîte à gants	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Incubateur	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Congélateur de laboratoire	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Congélateur de laboratoire – ultra basse température	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Réfrigérateur de laboratoire	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Microcentrifugeuse	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Thermobloc	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Centrifugeuse de paillasse réfrigérée	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Agitateur-mélangeur vortex	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer

* Lorsqu'il existe des dispositions d'approvisionnement en équipement de diagnostic et de santé et en consommables connexes auprès de sources locales et qu'elles sont utilisables, il est recommandé de les conserver (plutôt que de se tourner vers les produits très demandés).

²² Cette entrée n'est pas disponible comme telle dans le DGPS. Il est conseillé au récipiendaire principal de sélectionner « Équipement » sous « Autre équipement » sous « Équipement de laboratoire » et d'ajouter une explication dans la section des commentaires.

Tableau 7 : Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets

Produit de santé	Catégorie de canal d'approvisionnement	Document type pour l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des achats au titre du C19RM
Équipement de la chaîne du froid²³		
Réfrigérateur et congélateur combinés pour vaccins	Très demandés-	À déclarer-
Congélateur pour vaccins	Très demandés-	À déclarer-
Réfrigérateur pour vaccins	Très demandés-	À déclarer-
Consommables de la chaîne du froid		
Boîte isotherme	Très demandés	À déclarer
Enregistreur de données	Très demandés	À déclarer
Bloc de glace	Très demandés	À déclarer
Système de surveillance de la température à distance	Très demandés	À déclarer
Transporteur de vaccins ²³	Très demandés-	À déclarer-
Gestion des déchets		
Autoclave	Très demandés*	À déclarer
Consommables (sacs pour déchets biologiques, conteneurs pour objets tranchants)	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Réactifs	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer
Unités d'élimination des déchets (y compris les incinérateurs, les déchets médicaux ou conventionnels)	Très demandés**	À déclarer
Pièces de rechange, accessoires ; garantie, maintenance et réparation	Approvisionnement local conseillé ou possible	À déclarer

* Lorsqu'il existe des dispositions d'approvisionnement en équipement de diagnostic et de santé et en consommables connexes auprès de sources locales et qu'elles sont utilisables, il est recommandé de les conserver (plutôt que de se tourner vers les produits très demandés).

** Compte tenu de la diversité des spécifications ainsi que des besoins anticipés, l'approvisionnement local en unités d'élimination des déchets est également possible.

²³ Les équipements de la chaîne du froid pour la livraison des vaccins ne sont ni couverts par le Fonds mondial ni éligibles à un financement au titre du C19RM.